CERTIFICADO DE CONTROLE Nº CC.CP-4886_23

Cliente:	RAZÃO SOCIAL DO CLIENTE				
Máquina:	V-2000	**Número:**	4886	**Data:**	23/08/2022
Fabricante:	**VARPE BRASIL-TEC.INSPECAO E PESAGEM LTDA**			**Data de Fabricação:**	13/08/2021

Transportador:	TRANSPORTADOR DE PESO PHARMA						
Dimensões:	**Comp:**	450	**Largura:**	200	**V. Linear m/min:**	50,0 m/min.	111e/m.

Amostra:	NOME DO PRODUTO E GRAMATURA							
Peso gr:	409,0	**Tara gr:**	7,0	---	**Dimensões em mm (C x L x A):**	200	130	60

Peso Padrão Estático:	**Peso:**	500 g.	**Nº Cert.**	2123105	**Incerteza:**	0,010	**Classe:**	M1

Equip. Eletrônico:	PCI72M				**N. Série:**	210215-37/50	
Captador de Peso:	**Modelo:**	240	**Capacidadade (Kg):**	5 Kg.	**N. Série:**	3560233	1 Unida.

Precintos:	**Configuração:**	--	**Cal. Estático:**	--	**Cal. Dinâmico:**	--

Condições Ambientais	18 °C.	50 %HR.
Erro Máximo Exigido +/- :	1,0	
Programação / Ajustes:		
Filtro:	19	
T. L.:	8	
L. Inicio:	120	
L. Fim:	150	
Escala:	1,0	
Ganho:	1	

Resultados ----------	
Número de Amostras:	**100**
Valor Máximo:	**1,0**
Valor Mínimo:	**-1,0**
Percurso Máximo:	**2,0**
Erro Máximo:	**1,0**
Valor Médio:	**0,24**
Desvio Padrão:	**0,70**
Incerteza (K=2, Nc= 95%):	**1,41**

	L-10	L-20	L-30	L-40	L-50	L-60	L-70	L-80	L-90	L-100
L-01	403,0	402,0	403,0	403,0	402,0	401,0	402,0	401,0	402,0	401,0
L-02	403,0	403,0	402,0	402,0	403,0	403,0	403,0	402,0	401,0	403,0
L-03	402,0	401,0	402,0	402,0	402,0	403,0	402,0	403,0	403,0	402,0
L-04	401,0	403,0	402,0	402,0	403,0	403,0	403,0	402,0	402,0	403,0
L-05	403,0	402,0	401,0	402,0	401,0	402,0	401,0	402,0	402,0	402,0
L-06	402,0	403,0	403,0	403,0	402,0	401,0	403,0	402,0	402,0	403,0
L-07	402,0	402,0	403,0	402,0	403,0	403,0	402,0	401,0	402,0	401,0
L-08	402,0	403,0	403,0	403,0	402,0	402,0	403,0	403,0	403,0	402,0
L-09	402,0	401,0	402,0	401,0	402,0	402,0	402,0	403,0	402,0	403,0
L-10	403,0	402,0	401,0	403,0	402,0	402,0	403,0	403,0	403,0	402,0

Escala Gráfico	1

E: 1gr

≥ 408	----		
407,0	----		
406,0	----		
405,0	----		
404,0	----		
403,0	----	39 --	◊◊◊